

FREQUENZEN – EINSATZBEREICHE BMS – Geräte der Firma VITAPRO

15 – 20 Hz	Einfluß auf das lymphatische System/ Entstauung
20 – 24 Hz	Aufwärmphase, Durchblutungsverbesserung, Muskelaufbau (Aktivierung der Muskelpumpe) Steigerung des Stoffwechsels, Muskeldehnung
24 – 26 Hz	Nervenstimulation, Muskelaufbau (Kosmetik Facelifting)
26 Hz	Muskeldehnung
26 – 28 Hz	Lösung von Spastiken (auch 20 Hz geeignet, je nach Spastik)
26 – 30 Hz	Schmerzbekämpfung (Mechanorezeptoren, Proprio- rezeptoren!)
27 Hz	Akute Lumbago
28 – 30 Hz	Einfluß auf das Zentralnervensystem, Schmerz- ablenkungseffekt
32 – 35 Hz	analgetische Wirkung

Frequenzbereich:

BMS – Gerät „GRIZZLY“ = oben genannte Frequenzen

BMS - Gerät „UNOST“ SFT und SF:

Stufe: 0 – 2 = ca. 15 – 21 Hz, Stufe: 3 – 4 = ca. 22 – 27 Hz, Stufe: 5 – 6
= ca. 28 – 35 Hz -UNOST SF senkrechte Stellung (Mittelstellung) = Facelifting-

BMS - Gerät „BIO STIM HANDY“ Einsatz in der Therapie und Kosmetik

25 Hz = Gegen Kopfschmerzen, Durchblutungsstörungen, Verspannungen im
Gesicht und Nacken, Facialisparesie, Tinnitus aurum u.v.m.

Kosmetik Gesichtsbehandlung -Straffung der Gesichtshaut (gegen Falten),
Durchblutung -und Stoffwechselsteigerung (Entgiftung!), Verbesserung des
Hautbildes und der Konturen